

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
**SỞ Y TẾ**

Số: 972/SYT-YDQLHN

V/v sử dụng vật liệu thay thế lớp lọc  
trong khẩu trang y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cần Thơ, ngày 24 tháng 3 năm 2020*

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế.

Thực hiện Công văn số 1485/BYT-TB-CT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Vụ Trang thiết bị - Công trình Bộ Y tế về việc sử dụng thay thế lớp màng lọc trong khẩu trang y tế.

Qua đó, để đảm bảo cung cấp khẩu trang y tế cho các cơ sở y tế trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Bộ Y tế và Bộ Công thương đã giao cho đơn vị chức năng đánh giá, thử nghiệm khẩu trang sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS) thay thế màng vi lọc đang khan hiếm trên thị trường, kết quả thử nghiệm cho thấy có thể sử dụng vải không dệt 3 lớp SMS trên để thay thế lớp màng vi lọc đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn khẩu trang y tế TCVN 9389-1:2010

Trên cơ sở đó, Sở Y tế thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế khẩn trương thực hiện:

- Khẩn trương triển khai sản xuất sử dụng vải không dệt 3 lớp Spunbond + Meltblown + Spunbond Nonwovens (SMS) thay thế lớp màng vi lọc để sản xuất khẩu trang y tế (trong trường hợp thiếu màng lọc);

- Đảm bảo cung ứng cơ bản cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ và nhu cầu người dân.

Đề nghị các cơ sở triển khai sản xuất và thực hiện báo cáo tiến độ, công xuất khẩu trang/ngày về Sở Y tế thành phố Cần Thơ, địa chỉ: 71 Lý Tự Trọng, P.An Phú, Q.Ninh Kiều và theo địa chỉ email: [nvdcantho@gmail.com](mailto:nvdcantho@gmail.com)./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang web Sở Y tế;
- Lưu VP, NVD.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phước Tôn**

